

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۴۸۰۲۲

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۲	۰.۴	۲.۸	۳.۲	۳.۶	۴	۴.۴	۴.۸	۵.۲

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۴.۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴.۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۴.۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۴.۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۴.۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴.۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴.۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۳.۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۴.۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳.۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۳.۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۴.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۴.۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۴.۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴.۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴.۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۴.۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴

CV%: 6.596	SD: 0.279	Mean: 4.224
------------	-----------	-------------

