

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۶	۰.۰۷	۰.۴۸۶	۰.۵۵۶	۰.۶۳۶	۰.۶۹۶	۰.۷۶۶	۰.۸۳۶	۰.۹۰۶

مقدار	تاریخ
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۰.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۰.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۰.۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۰.۵۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۰.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵

CV%: 5.286	SD: 0.033	Mean: 0.617
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : perci control I
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۷/۱۸:

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : /۵۳۳۹۶۰

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴	۰.۱۳۵	۲.۹۷۶	۲.۱۱۱	۲.۲۴۶	۳.۳۸۱	۲.۵۱۶	۲.۶۵۱	۲.۷۸۶

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

مقدار	تاریخ
۳.۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳.۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴

CV%: 2.965	SD: 0.098	Mean: 3.297
------------	-----------	-------------

