

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۰۷	۰.۴۸۶	۰.۵۵۶	۰.۶۳۶	۰.۶۹۶	۰.۷۶۶	۰.۸۳۶	۰.۹۰۶

مقدار	تاریخ
۰.۶۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۰.۷۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۶۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۰.۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۰.۵۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۰.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۶۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۷۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۰.۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۶۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۵۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۶۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۰.۵۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۰.۶۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۰.۵۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۶۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۰.۵۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۰.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۰.۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۰.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۰.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۰.۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

CV%: 6.57	SD: 0.041	Mean: 0.621
-----------	-----------	-------------

