

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ :
کنترل داخل کیت

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
PSA
الایزایدر
سری ساخت : ۴۰۳۸۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۵	۳.۰۸۳	۱۸.۸۰۱	۲۱.۸۸۴	۲۴.۹۶۷	۲۸.۰۵	۳۱.۱۳۳	۳۴.۲۱۶	۳۷.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۴.۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۰.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۲۹.۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲۶.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۳۳.۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲۹.۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۱.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۳۲.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

CV%: 10.177	SD: 3.089	Mean: 30.357
-------------	-----------	--------------

