

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۲۳۹۵۸  
عنوان کنترل : perci control II  
شروع کنترل :  
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۹	۲.۴۳۳	۲۷.۳۰۱	۲۹.۷۳۴	۳۲.۱۶۷	۳۴.۶	۳۷.۰۳۳	۳۹.۴۶۶	۴۱.۸۹۹

مقدار	تاریخ
۳۲.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۳۱.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۳.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۲.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۱.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳۲.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

CV%: 1.697	SD: 0.551	Mean: 32.488
------------	-----------	--------------

