

عنوان آزمایش : PSA
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
 سری ساخت : ۵۳۳۹۶۰
 عنوان کنترل : perci control I
 شروع کنترل :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶:

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۱	۰.۲۵۳	۲.۸۷۱	۳.۱۲۴	۳.۶۳	۳.۸۸۳	۴.۱۳۶	۴.۳۸۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳.۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۳.۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳.۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳.۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳.۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴.۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۳.۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۳.۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳.۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۳.۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳.۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳.۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳.۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۳.۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳.۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۳.۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳.۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۳.۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۳.۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۳.۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
		۳.۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۳.۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
		۳.۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳.۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
CV%: 6.31		SD: 0.217		Mean: 3.44	

