

عنوان آزمایش : PSA
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
 سری ساخت : /۵۲۳۹۶۰
 عنوان کنترل : perci control I
 شروع کنترل :
 ۱۴۰۱/۰۷/۱۸:

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۳	۰.۲۵۳	۲.۸۷۱	۳.۱۲۴	۳.۳۷۷	۳.۶۳	۳.۸۸۳	۴.۱۳۶	۴.۳۸۹

مقدار	تاریخ
۳.۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۳.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۳.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

مقدار	تاریخ
۳.۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳.۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳.۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۳.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۳.۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳

CV%: 6.066	SD: 0.205	Mean: 3.371
------------	-----------	-------------

