

عنوان کنترل : perci control I
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۷/۱۸:

سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰/

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳	۰.۲۵۳	۲.۸۷۱	۲.۱۲۴	۳.۶۳	۲.۸۸۳	۴.۱۳۶	۴.۳۸۹

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳.۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۳.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳.۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۳.۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۳.۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
۳.۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳.۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳.۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۳.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳.۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۳.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲

CV%: 4.998	SD: 0.176	Mean: 3.53
------------	-----------	------------

