

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۷۳۲	۰.۰۳۴	۰.۴۹۳	۰.۵۲۷	۰.۵۶۱	۰.۵۹۵	۰.۶۲۹	۰.۶۶۳	۰.۶۹۷

مقدار	تاریخ
۰.۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۰.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۰.۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۰.۵۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۰.۵۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۰.۵۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۰.۵۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۰.۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۵۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۰.۵۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۰.۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۰.۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۰.۵۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۰.۵۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 5.532	SD: 0.031	Mean: 0.568
------------	-----------	-------------

