

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۳۶۴	۱,۳۹۲	۲۱,۷۶۷	۲۳,۱۵۹	۲۴,۵۵۱	۲۵,۹۴۳	۲۷,۳۳۵	۲۸,۷۲۷	۳۰,۱۱۹

مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ	
۲۴		۱۴۰۲/۱۰/۲۴		۲۵,۴		۱۴۰۲/۱۰/۱۲		۲۴,۸		۱۴۰۲/۱۰/۰۲	
۲۶,۵		۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۲۶,۱		۱۴۰۲/۱۰/۱۳		۲۴,۶		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	
۲۴,۱		۱۴۰۲/۱۰/۲۶		۲۳,۹		۱۴۰۲/۱۰/۱۴		۲۷,۵		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	
۲۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۲۶,۲		۱۴۰۲/۱۰/۱۶		۲۶		۱۴۰۲/۱۰/۰۵	
۲۵,۷		۱۴۰۲/۱۰/۲۸		۲۴		۱۴۰۲/۱۰/۱۷		۲۴,۶		۱۴۰۲/۱۰/۰۶	
۲۳,۸		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۲۳		۱۴۰۲/۱۰/۱۹		۲۶		۱۴۰۲/۱۰/۰۷	
				۲۶,۹		۱۴۰۲/۱۰/۲۰		۲۴,۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۹	
				۲۵,۹		۱۴۰۲/۱۰/۲۱		۲۵,۹		۱۴۰۲/۱۰/۱۰	
				۲۵,۳		۱۴۰۲/۱۰/۲۳		۲۶,۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۱	
CV%: 4.513				SD: 1.142				Mean: 25.308			

