

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۵۷	۱,۲۵۸	۲۱,۵۹۶	۲۲,۸۵۴	۲۴,۱۱۲	۲۵,۳۷	۲۶,۶۲۸	۲۷,۸۸۶	۲۹,۱۴۴

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۷,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۴,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۲۸,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۷,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۶,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۴,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۶,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۷,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۶,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۴,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۴,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۲۶,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۵,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 4.564	SD: 1.192	Mean: 26.114
------------	-----------	--------------



22