

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۰۶۱	۰.۴۳۱	۰.۴۹۲	۰.۵۵۳	۰.۶۱۴	۰.۶۷۵	۰.۷۳۶	۰.۷۹۷

مقدار	تاریخ
۰.۵۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۰.۵۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۰.۵۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۰.۵۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۰.۵۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۰.۵۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۰.۶۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۰.۵۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۰.۵۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۰.۵۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۵۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۰.۵۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۰.۵۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۰.۶۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۰.۵۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۰.۵۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۰.۶۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۰.۵۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۰.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۰.۶۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۰.۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۰.۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۵۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۰.۶۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۰.۵۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۰.۵۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۰.۵۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۰.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۰.۵۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۰.۵۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰.۵۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۰.۵۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۵۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲

CV%: 6.811	SD: 0.039	Mean: 0.573
------------	-----------	-------------

