

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۱۲	۱,۲۴۷	۲۳,۲۹۲	۲۴,۵۳۹	۲۵,۷۸۶	۲۷,۰۳۳	۲۸,۲۸	۲۹,۵۲۷	۳۰,۷۷۴

مقدار	تاریخ
۲۶,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۲۶,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲۵,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۲۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۸,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۵,۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۶,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۴,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۶,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۵,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۶,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۶,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۴,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 5.713	SD: 1.48	Mean: 25.904
------------	----------	--------------

