

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : PSA -CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۳۶۹	۰.۰۲۴	۰.۴۷۹	۰.۵۰۳	۰.۵۳۷	۰.۵۵۱	۰.۵۷۵	۰.۵۹۹	۰.۶۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۰.۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۰.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۰.۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۰.۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۰.۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۰.۵۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۰.۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۰.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۰.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۰.۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۰.۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۰.۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۰.۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۰.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۰.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۰.۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۰.۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۰.۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۰.۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۰.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۰.۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.801	SD: 0.027	Mean: 0.554
------------	-----------	-------------