

عنوان آزمایش : PSA -CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.605	0.585	0.565	0.545	0.525	0.505	0.485	0.02	3.643

تاریخ	مقدار
12/12/1399	0.54
12/12/1399	0.57
20/12/1399	0.532

تاریخ	مقدار
06/12/1399	0.544
09/12/1399	0.552
10/12/1399	0.536
11/12/1399	0.539

تاریخ	مقدار
02/12/1399	0.532
03/12/1399	0.544
04/12/1399	0.556
05/12/1399	0.515

Mean: 0.542	SD: 0.014	CV%: 2.653
-------------	-----------	------------

