

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

عنوان آزمایش : PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۱۶۸	۰.۰۲۴	۰.۴۹۴	۰.۵۱۸	۰.۵۴۲	۰.۵۶۶	۰.۵۹	۰.۶۱۴	۰.۶۳۸

مقدار	تاریخ
۰.۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۰.۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۰.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۰.۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۰.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۰.۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۰.۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۰.۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۰.۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۰.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۰.۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۰.۵۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۰.۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 4.807	SD: 0.027	Mean: 0.552
------------	-----------	-------------

