

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

PSA -CLIA

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۲۶۴	۰.۰۲۴	۰.۴۸۴	۰.۵۰۸	۰.۵۳۲	۰.۵۵۶	۰.۵۸	۰.۶۰۴	۰.۶۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۰.۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۰.۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۰.۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰.۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۰.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۰.۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۰.۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۰.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۰.۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۰.۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۰.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۰.۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۰.۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۰.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۰.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۰.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۰.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۰.۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۰.۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.337	SD: 0.024	Mean: 0.549
------------	-----------	-------------