

عنوان کنترل : randox I  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

سری ساخت : ۷۹۴۲

عنوان آزمایش : PAPP-A-CLIA  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۶۹۵	۰.۰۷۳	۱.۳۳	۱.۴۰۳	۱.۴۷۶	۱.۵۴۹	۱.۶۲۳	۱.۶۹۵	۱.۷۶۸

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱.۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۴۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱.۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱.۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱.۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱.۴۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۹

CV%: 5.32	SD: 0.083	Mean: 1.563
-----------	-----------	-------------

