

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۱/۱۰:

PAPP-A-CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۱۵۲

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۵۹۹	۰.۰۷۹	۱.۴۷۹	۱.۵۵۸	۱.۷۱۶	۱.۷۹۵	۱.۸۷۴	۱.۹۵۲

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱.۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۱.۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۱.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱.۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱.۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۱.۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۱.۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱.۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۱.۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱.۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱.۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷

CV%: 6.714	SD: 0.114	Mean: 1.703
------------	-----------	-------------

