

عنوان کنترل : randox III
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

عنوان آزمایش : PAPP-A
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۷۷۰۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۳	۱.۱۶۷	۱۰.۳۹۹	۱۱.۴۶۶	۱۲.۶۳۳	۱۳.۸	۱۴.۹۶۷	۱۶.۱۳۴	۱۷.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۴.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۵.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۳.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۲.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰

CV%: 8.818	SD: 1.273	Mean: 14.434
------------	-----------	--------------

