

randox II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۱۲	۰.۶۵	۵.۹	۶.۵۵	۷.۲	۷.۸۵	۸.۵	۹.۱۵	۹.۸

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۷.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۷.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۷.۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۷.۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۷.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۸.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۸.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۷.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۸.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۹.۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۷.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

CV%: 8.558	SD: 0.666	Mean: 7.782
------------	-----------	-------------

