

maternal control III : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۲/۱۵:

PAPP-A : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۷۰۳

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲	۱.۰۶۲	۹.۵۳۹	۱۰.۵۹۱	۱۱.۶۵۳	۱۲.۷۱۵	۱۳.۷۷۷	۱۴.۸۳۹	۱۵.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۲.۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۲.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۳.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۵.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲

CV%: 6.559	SD: 0.889	Mean: 13.556
------------	-----------	--------------

