

maternal control III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۱/۰۵/۰۹:

سری ساخت : ۳۷۸۹۷۰

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۲.۲	۰.۰۱۷	۰.۱۹۹	۰.۲۱۶	۰.۲۳۳	۰.۲۵	۰.۲۶۷	۰.۲۸۴	۰.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

مقدار	تاریخ
۰.۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۰.۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۰.۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۰.۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷

CV%: 6.941	SD: 0.017	Mean: 0.248
------------	-----------	-------------

