

عنوان کنترل : randox III  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

سری ساخت : ۷۷۰۳

عنوان آزمایش : PAPP-A  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۳	۱.۱۶۷	۱۰.۳۹۹	۱۱.۴۶۶	۱۳.۶۳۳	۱۳.۸	۱۴.۹۶۷	۱۶.۱۳۴	۱۷.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۵.۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۴.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۵.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹

CV%: 9.391	SD: 1.354	Mean: 14.421
------------	-----------	--------------

