

عنوان کنترل : radox II
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

عنوان آزمایش : PAPP-A
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۵۵۸	۰.۶۶۶	۵.۷۸۴	۶.۴۵	۷.۱۱۶	۷.۷۸۲	۸.۴۴۸	۹.۱۱۴	۹.۷۸

مقدار	تاریخ
۸.۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۷.۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۸.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۷.۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۸.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۷.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۷.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱

CV%: 8.995	SD: 0.719	Mean: 7.988
------------	-----------	-------------

