

راندوم II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۷.۴۱۶	۰.۵۹۹	۶.۳۷۶	۶.۸۷۵	۷.۴۷۴	۸.۰۷۳	۸.۶۷۲	۹.۲۷۱	۹.۸۷

مقدار	تاریخ
۸.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۸.۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۷.۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۷.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۶.۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۸.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۹.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۸.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۸.۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۸.۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

CV%: 6.476	SD: 0.53	Mean: 8.186
------------	----------	-------------

