

راندوم II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

PAPP-A : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۴۶۱	۰.۵۲۶	۶.۵۶۴	۷.۰۹	۷.۶۱۶	۸.۱۴۳	۸.۶۶۸	۹.۱۹۴	۹.۷۳

مقدار	تاریخ
۹.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۷.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۸.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۹.۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۷.۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۹.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۸.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۷.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۷.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۸.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۸.۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۸.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۸.۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۸.۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲

CV%: 7.614	SD: 0.636	Mean: 8.353
------------	-----------	-------------

