

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

راندوم III : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

سری ساخت : MS-2۷۴۶۲

PAPP-A-CLIA

: عنوان آزمایش :

simense

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲	۱.۲۱۷	۱۰.۹۹۹	۱۲.۳۱۶	۱۳.۴۳۳	۱۴.۶۵	۱۵.۸۶۷	۱۷.۰۸۴	۱۸.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۳.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۳.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

CV%: 7.946	SD: 1.144	Mean: 14.4
------------	-----------	------------

