

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : 1400/02/28

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
34.54	32.762	30.984	29.206	27.428	25.65	23.872	1.778	6.087

تاریخ	مقدار
16/05/1400	26.3
17/05/1400	29

تاریخ	مقدار
11/05/1400	28.5
12/05/1400	27.3
13/05/1400	28.9
14/05/1400	27

تاریخ	مقدار
05/05/1400	27.4
06/05/1400	25.4
09/05/1400	29.4
10/05/1400	26

Mean: 27.52	SD: 1.383	CV%: 5.026
-------------	-----------	------------

