

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۵۱۵	۲.۱۸۴	۲۲.۵۱۱	۲۴.۶۹۵	۲۶.۸۷۹	۲۹.۰۶۳	۳۱.۲۴۷	۳۲.۴۳۱	۳۵.۶۱۵

مقدار	تاریخ
۳۱.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۰.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۱.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۱.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۰.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲۷.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۷.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۲۷.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۳۱.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۸.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 5.843	SD: 1.726	Mean: 29.541
------------	-----------	--------------

