

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  
عنوان کنترل : پولد سرم

| %CV   | SD    | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>3</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN   | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>3</sub> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۸۹۵ | ۱.۷۷۶ | ۲۴.۷۹۹            | ۲۶.۵۷۵            | ۲۸.۳۵۱            | ۳۰.۱۲۷ | ۳۱.۹۰۳          | ۳۳.۶۷۹          | ۳۵.۴۵۵          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۴.۸  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
| ۲۶.۶  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
| ۲۴.۸  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
| ۳۰.۱  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
| ۳۳.۳  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
| ۲۶.۷  | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۹.۳  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
| ۲۸.۵  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
| ۲۸.۳  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
| ۳۳.۸  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
| ۲۷.۸  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
| ۳۷.۶  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
| ۳۰.۷  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
| ۲۹    | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۱.۹  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
| ۳۱.۴  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
| ۳۱.۶  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
| ۳۰.۹  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
| ۲۸.۷  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
| ۳۰.۷  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
| ۳۳    | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
| ۳۰.۷  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 8.409 | SD: 2.481 | Mean: 29.509 |
|------------|-----------|--------------|

