

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۲۴	۲.۰۲۸	۳۲.۶۱۶	۳۴.۶۴۴	۳۶.۶۷۲	۳۸.۷	۴۰.۷۲۸	۴۲.۷۵۶	۴۴.۷۸۴

مقدار	تاریخ
۳۸.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۵.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۳۹.۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۹.۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۳۹.۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳۹.۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۴۰.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

CV%: 3.824	SD: 1.477	Mean: 38.633
------------	-----------	--------------

