

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۸۵	۳,۷۴	۲۳,۲۵	۲۶,۹۹	۳۰,۷۳	۳۴,۴۷	۳۸,۲۱	۴۱,۹۵	۴۵,۶۹

مقدار	تاریخ
۳۸,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۸,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳۵,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۰,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۶,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۴,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۱,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۹,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۸,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۸,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۵,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۷,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۸,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۸,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۰,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۴۰,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۸,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 7.913	SD: 2.92	Mean: 36.9
------------	----------	------------

