

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

Phenobarbital : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : /۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۶۰۵	۱.۲۷۶	۱۸.۹۳۹	۲۰.۲۱۵	۲۱.۴۹۱	۲۲.۷۶۷	۲۴.۰۴۳	۲۵.۳۱۹	۲۶.۵۹۵

مقدار	تاریخ
۲۴.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲۲.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۶.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۲.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲۲.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۳.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۴.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۲۳.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۲۱.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 6.478	SD: 1.454	Mean: 22.445
------------	-----------	--------------

