

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
 عنوان دستگاه : hplc  
 عنوان کنترل : پولد سرم  
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳  
 سری ساخت : /۰

%CV	SD	SD <sub>۱</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۶.۸۴۶	۱.۵۰۲	۱۷.۴۳۷	۱۸.۹۳۹	۲۰.۴۴۱	۲۱.۹۴۳	۲۳.۴۴۵	۲۴.۹۴۷	۲۶.۴۴۹

مقدار	تاریخ
۱۹.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۲۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۲۱.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۲۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۳.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۱.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲۴.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵

CV%: 6.123	SD: 1.308	Mean: 21.362
------------	-----------	--------------

