

عنوان آزمایش : Phenytoin

عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/02/28

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.68	3.52	3.36	3.2	3.04	2.88	2.72	0.16	5.011

تاریخ	مقدار
29/04/1400	3.28

تاریخ	مقدار
21/04/1400	3.5
23/04/1400	3.5
26/04/1400	2.8
28/04/1400	3

تاریخ	مقدار
08/04/1400	3.1
09/04/1400	3.6
13/04/1400	3.2
14/04/1400	3.1

Mean: 3.231	SD: 0.264	CV%: 8.171
-------------	-----------	------------

