

عنوان آزمایش : Phenytoin

عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/02/28

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.874	3.653	3.432	3.211	2.99	2.769	2.548	0.221	6.89

تاریخ	مقدار
23/05/1400	3.1
25/05/1400	3.1
26/05/1400	3.3
30/05/1400	3.1
31/05/1400	2.6

تاریخ	مقدار
13/05/1400	3.3
14/05/1400	3.5
16/05/1400	3.1
17/05/1400	3
18/05/1400	3.4
20/05/1400	3.4

تاریخ	مقدار
05/05/1400	3.2
06/05/1400	3.1
09/05/1400	3.7
10/05/1400	2.9
11/05/1400	2.9
12/05/1400	2.7

Mean: 3.141	SD: 0.281	CV%: 8.938
-------------	-----------	------------

