

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۲۶۹	۰.۲۶۶	۲.۲۸۵	۲.۶۵۱	۲.۹۱۷	۳.۱۸۳	۲.۴۴۹	۳.۷۱۵	۳.۹۸۱

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳.۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۳.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 9.071	SD: 0.28	Mean: 3.086
------------	----------	-------------

