

عنوان آزمایش : Phenytoin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۸.۷۵۱	۰.۲۷۱	۲.۲۸۴	۲.۵۵۵	۲.۸۲۶	۳.۰۹۷	۲.۳۶۸	۳.۶۳۹	۳.۹۱

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳.۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 6.818	SD: 0.225	Mean: 3.295
------------	-----------	-------------



22