

عنوان آزمایش : Phenytoin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۶.۶۴۵	۰.۲۱۷	۲.۶۱۶	۲.۸۳۳	۲.۰۵	۲.۲۶۷	۲.۴۸۴	۳.۷۰۱	۲.۹۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۲.۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰

CV%: 8.2	SD: 0.275	Mean: 3.359
----------	-----------	-------------

