

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۷۸۸	۰.۲۲	۲.۷۰۳	۲.۹۳۳	۲.۱۶۳	۳.۳۹۳	۲.۶۲۳	۳.۸۵۳	۴.۰۸۳

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳.۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳.۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳.۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳.۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۳.۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳

CV%: 7.164	SD: 0.251	Mean: 3.51
------------	-----------	------------

