

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۶۶۴	۰.۲۰۶	۲.۴۶۷	۲.۶۷۳	۲.۸۷۹	۳.۰۸۵	۲.۳۹۱	۳.۴۹۷	۳.۷۰۳

مقدار		تاریخ	
۳.۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
CV%: 2.318		SD: 0.071	
		Mean: 3.05	

