

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۰۶۸	۰,۳۲۱	۲,۵۸	۲,۹۰۱	۳,۲۲۲	۳,۵۴۳	۳,۸۶۴	۴,۱۸۵	۴,۵۰۶

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۴,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 9.916	SD: 0.36	Mean: 3.626
------------	----------	-------------

