

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

Phenytoin : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۰۵	۰,۴۷۷	۴,۴۹۱	۴,۹۶۸	۵,۴۴۵	۵,۹۲۲	۶,۳۹۹	۶,۸۷۶	۷,۳۵۳

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۵,۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۵,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۶,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۵,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۵,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۵,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 6.9	SD: 0.387	Mean: 5.604
----------	-----------	-------------

