

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۰/۱۵:

سری ساخت : درون آزمایشگاه

عنوان آزمایش : Phenytoin  
عنوان دستگاه : hplc

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۸۵۷	۰.۲۱۹	۲.۰۸۲	۲.۳۰۱	۲.۵۲	۳.۷۳۹	۲.۹۵۸	۴.۱۷۷	۴.۳۹۶

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳.۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۳.۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳.۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۳.۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳.۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳.۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۳.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

CV%: 4.07	SD: 0.149	Mean: 3.665
-----------	-----------	-------------

