

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Phenytoin
 عنوان دستگاه : hplc
 سری ساخت : ۱۰-۱۳۹۹
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
 عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۰۱۶	۰.۲۷	۲.۶۸۵	۲.۹۵۵	۴.۲۲۵	۴.۴۹۵	۴.۷۶۵	۵.۰۲۵	۵.۳۰۵

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 6.446	SD: 0.282	Mean: 4.381
------------	-----------	-------------