

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۶۱۷	۰.۴۵	۲.۸۷	۴.۳۳	۴.۷۷	۵.۲۳	۵.۶۷	۶.۱۳	۶.۵۷

مقدار	تاریخ
۵.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۴.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۴.۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۵.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۵.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۵.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۵.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۵.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۵.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 7.504	SD: 0.407	Mean: 5.418
------------	-----------	-------------

