

عنوان آزمایش : Primidone

عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/02/28

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
6.133	5.711	5.289	4.867	4.445	4.023	3.601	0.422	8.672

تاریخ	مقدار
20/05/1400	5.2
23/05/1400	5.5
25/05/1400	5.3
26/05/1400	5.3
30/05/1400	4.9
31/05/1400	4.9

تاریخ	مقدار
11/05/1400	5.1
12/05/1400	4.4
13/05/1400	5.1
14/05/1400	4.5
16/05/1400	4.4
17/05/1400	3.9
18/05/1400	5.4

تاریخ	مقدار
02/05/1400	5.4
03/05/1400	4.8
04/05/1400	5.4
05/05/1400	4.9
06/05/1400	5
09/05/1400	5.8
10/05/1400	4.6

Mean: 4.99	SD: 0.46	CV%: 9.216
------------	----------	------------

