

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۱.۲۷۹	۰.۵۲۴	۳.۰۷۱	۳.۵۹۵	۴.۱۱۹	۴.۶۴۳	۵.۱۶۷	۵.۶۹۱	۶.۲۱۵

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴.۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۴.۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۵.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۵.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۴.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۵.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۵.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۵.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۰

CV%: 10.795	SD: 0.54	Mean: 5.005
-------------	----------	-------------

