

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سرری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۳ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۸.۸۰۲	۰.۴۶۹	۳.۹۲۳	۴.۳۹۲	۴.۸۶۱	۵.۲۳	۵.۷۹۹	۶.۲۶۸	۶.۷۳۷

مقدار	تاریخ
۵.۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵.۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۴.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۵.۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۵.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵.۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۴.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۵.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳

CV%: 5.697	SD: 0.297	Mean: 5.22
------------	-----------	------------

